

Police, dnia 10 grudnia 2020 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: rudecka@policki.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż

Przedmiot zamówienia:

**„DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA
REGIONALNEGO CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEZALEŻNYCH”**

Kody CPV:

- 33196200-2: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
- 33196100-1: Sprzęt dla osób starszych
- 31700000-3: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne
- 39515000-5: Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

Zamawiający prosi o podanie łącznej wartości netto dla każdej części zamówienia.

Opis przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wskazanych poniżej elementów wyposażenia dla Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, spełniających wymogi wskazane w poszczególnych opisach przedmiotu szacowania.

Wszystkie elementy wyposażenia wymienione w tabelach muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

Elementy wyposażenia muszą być zgodne z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa.

Wykonawca udzieli na elementy wyposażenia przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji.

Zamówienie obejmuje dostarczenie elementów wyposażenia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, na terenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach oraz jego montaż.

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty wezwania do wykonania umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Dekoracje okienne

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Roleta okienna + moskitiera	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, zaciemniająca. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpyłową. Kolor siatki biały. Z możliwością mycia. Wymiar okien: wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój pielęgniarzy). Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.	zestaw	1
2.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż w toaletach, łaźni oraz pomieszczeniach kuchennych. Wymiar okien: wys. 1,25 m x szer. 0,94 m (toaleta, 1 okno), wys. 1,11 m x szer. 1,40 m (łaźnia, 1 okno), wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna), wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno). Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.	szt.	8
3.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż na oknach klatek schodowych. Wymiary okien: wys. 2,40 m x szer. 1,35 m (klatka schodowa główna, 1 okno), wys. 1,38 m x szer. 2,40 m (klatka schodowa I piętro, 1 okno). Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.	szt.	2
4.	Moskitiera ramkowa	Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpyłową. Kolor siatki biały. Z możliwością mycia. Montaż w pomieszczeniach kuchennych oraz jadalni. Wymiar okien: wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna). wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna). Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.	szt.	8
5.	Roleta okienna	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, bez funkcji zaciemnienia. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Wymiary okien: 1,33 m x 1,37 m (hol I piętro, 4 okna). Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie	szt.	4

		z ramą okna.		
6.	Roleta okienna	<p>Roleta okienna typu „dzień-noc”, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami bocznymi. Roleta nadające się do prania w pralkach.</p> <p>Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności.</p> <p>Wymiary okien: wys. 1,32 m x szer. 1,35 m (pokój terapeutyczny, 1 okno). wys. 1,34 m x szer. 0,80 m (pokój terapeutyczny, 1 okno), wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój psychologa, 1 okno), wys. 1,33 m x szer. 1,35 m (pokój dzienny, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna), wys. 1,14 m x szer. 2,07 m (sala konferencyjna poddasze, 1 okno szczytowe).</p> <p>Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.</p>	szt.	7
7.	Rolety dachowe	<p>Rolety do okien dachowych, wewnętrzne, materiałowe, w kasetach, w listwach przyokiennych, z funkcją zaciemniania 100 % i folią UV.</p> <p>Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności.</p> <p>Wymiary okien: wys. 1.34 m x szer. 0,72 m (biuro, 2 okna), wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (hol, 1 okno), wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (sala konferencyjna, 5 okien).</p> <p>Okna mierzone po wewnętrznej stronie otworu okiennego, łącznie z ramą okna.</p>	szt.	8

2. Specjalistyczna wanna rehabilitacyjna dla osób leżących

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Wanna podnoszona do kąpieli dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych	<p>Podnoszenie hydrauliczne.</p> <p>Długość niecki 1900 mm (+- 10%).</p> <p>Długość urządzenia do 2 300 mm (+- 10%).</p> <p>Szerokość urządzenia do 850 mm (+- 10%).</p> <p>Zakres podnoszenia min 400 mm.</p> <p>Urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania fundamentów.</p> <p>Urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-ręczny, z możliwością odrębnego działania obu układów.</p> <p>Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny i hydromasażu.</p> <p>Wanna przystosowana do współpracy z wózkiem – podnośnikiem do kąpieli.</p>	szt.	1

	<p>Podnośniki kąpielowo - transportowy do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota. Wypożarty w kółka z blokadą. Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału, przepuszczającego wodę, szybkoschnącego. Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi. Trzy rodzaje nosideł: uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów, z zagłówkiem, do stosowania w toalecie. Nosidła wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE) lub siatki poliestrowej.</p>	szt.	1
--	--	------	---

3. Wyposażenie, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

l.p.	przedmiot	opis parametrów	jednostka	liczba
1.	Kozetka	<p>Leżanka lekarska na konstrukcji drewnianej. Szerokość całkowita 650 mm (+/- 80 mm), długość całkowita 1 800 - 2 050 mm, wysokość całkowita 700 mm (+/- 80mm). Wymagane regulowane wezgiłowie w zakresie 0-45 stopni (+/- 5 stopni). Leże tapicerowane, bezszwowe. Wytrzymałość leżanki min. 200 kg.</p>	szt.	1
2.	Ciśnieniomierz naramienny	<p>Ciśnieniomierz naramienny - w pełni automatyczny miernik ciśnienia tętniczego oraz pulsu. Duży ekran, który prezentuje wyniki pomiaru ciśnienia i tętna oraz datę i godzinę. Dodatkowo kolorowy wskaźnik poziomu ciśnienia. Pamięć - min. 120 pomiarów. Wykrywanie niemiaryowości rytmu. Podstawowe dane techniczne: ekran LCD min. 5,5 x 8,5 cm, pamięć min. 2x60 pomiarów, wykrywanie arytmii (IHB), prezentacja daty i godziny, wskaźnik WHO, zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg, zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min, dokładność: ciśnienie ±3 mmHg, tętno ±5%, uruchamianie jednym przyciskiem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączenie, oscylometryczna metoda pomiaru, możliwość podłączenia do zasilacza (opcja), funkcja uśredniania wyników ostatnich trzech pomiarów, żywotność baterii: min . 180 pomiarów, mankiety rozmiar średni: około 30 - 42cm. Baterie w komplecie ze sprzętem. Gwarancja min. 12 miesięcy.</p>	szt.	2

3.	Termometr	<p>Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund. Kontaktowa technika pomiaru. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze (sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C). Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Wodoszczelny. Nie zawiera rtęci ani szkła. Nadaje się do dezynfekcji. Dokładność pomiaru: 0,1°C: 35,5 - 42,0°C (0,2°F: 95,9–107,6°F) 0,2°C: 32,0 - 35,4°C; 42,1 - 44,0°C 0,3°F: 89,6 - 95,7°F ; 107,8 - 109,2°F 1 miejsce w pamięci. Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru. Produkt medyczny. Etui. W zestawie 1 bateria.</p>	szt.	4
4.	Bezdotykowy termometr lekarski	<p>Pomiar w ciągu kilku sekund. Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze. Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Kontrola dźwiękowa (wł./wył.). Dokładność pomiaru: czoło: 0,2°C: 36 - 39°C (0,4°F: 96,8 - 102,2°F) w pozostałym zakresie temperatur: 0,3°C (0,5°F) obiekt: 2,0°C lub 2,0°C : 15 - 60°C (0,4°F: 59 - 140°F) Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała). Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru możliwy do wyboru. Produkt medyczny. Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz . Z pudełkiem do przechowywania. W zestawie baterie.</p>	szt.	1
5.	Glukometr	<p>W zestawie: glukometr, nakłuwacz, 1 bębenek z 6 lancetami, 10 testów paskowych, poręczne etui, pełna i kieszonkowa instrukcja obsługi.</p>	szt.	2
6.	Waga medyczna osobowa	<p>Posiada miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga zasilana napięciem sieciowym. Ze wzrostomierzem (miernik zainstalowany na maszynie). Minimalne wymagania: obciążenie maksymalne: 60/150 kg, dokładność odczytu: 20/50 g, zakres tary: -150 kg, temperatura pracy: 0° - +40 °C, sygnał wyjściowy: RS 232, zasilanie: 230V, wyświetlacz: LCD (z podświetleniem).</p>	szt.	1
7.	Stół stacjonarny do masażu	<p>Stół 2-częściowy do masażu. Zagłówek regulowany z otworem na twarz. Regulowane podłokietniki. Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota. Wieszak na papier . System kółek jezdnych. Długość min. 200 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość od 45 cm do 100 cm (+/- 5 cm). Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -70 ° do +45 ° (+/- 5 stopni).</p>	szt.	1

8.	Aparat combi do elektroterapii i ultradźwięków	<p>Dwa niezależne kanały do elektroterapii. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Pełny zakres prądów i elektrodiagnostyka. Bezobsługowa głowica do ultradźwięków o powierzchni 12 cm². Ergonomiczne głowice o częstotliwościach 1 MHz, 3 MHz i zmienna (auto 1/3MHz). Głowica ultradźwiękowa 5 cm². Częstotliwość modułowa 10-150 Hz. Współczynnik wypełnienia 5-95%. Max. natężenie w trybie ciągłym 2 W/cm². Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm². Możliwość wykonywania terapii skojarzonej. Możliwość podłączenia aparatu do podciśnienia VAC. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.</p>	komplet	1
9.	Aparat do laseroterapii biostymulacyjny	<p>Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond. Sonda punktowa 400mW/830 nm. Okulary ochronne 2 szt. Terapia ciągła i impulsowa. Automatyczne przeliczanie parametrów terapii. Częstotliwość 0-10000 Hz. Dawka płynnie regulowana 0,1-99,0 J/cm². Współczynnik wypełnienia 10-90%. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.</p>	komplet	1
10.	Aparat do magnetoterapii	<p>Aparat do magnetoterapii 2-kanałowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3”. Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Aplikatory z technologią skoncentrowanego pola magnetycznego (Focused Magnetic Field). Maksymalna indukcja magnetyczna 128 mT. Zakres częstotliwości 0-166 Hz. Stół do magnetoterapii z solenoidem fi 70 cm. Solenoid fi 30 cm. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.</p>	komplet	1
11.	Lampa Sollux	<p>Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Intensywność świecenia żarówki 10 - 99 %. Maksymalna moc żarówki 375 W. Pobór mocy maks. 450 W. Zegar zabiegowy 1 - 30 min. Promiennik 375 W 1 szt. Filtr czerwony 1 szt. Filtr niebieski 1 szt. Okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. Okulary ochronne dla terapeuty 1 szt. Statyw jezdny.</p>	szt.	1

12.	Okulary ochronne do lampy Sollux	Okulary ochronne do lampy Sollux. Do stosowania w zabiegach ciepłolecznicych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C) wywoływany promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B.	szt.	2
13.	Aparat do masażu uciskowego	Aparat do masażu uciskowego 12-komorowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7”. Gotowe programy zabiegowe. Encyklopedia terapii. 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach). Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg. Gradient z płynną regulacją 0-100 %. Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory. Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie. Automatyczna identyfikacja aplikatorów. Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu. Elektroniczny system kontroli ucisku. Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt.. Mankiet kończyn dolnych 10-komorowy 2 szt. Złącze do mankietów. Stolik integrowany z aparatem min. 5 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1
14.	Aparat do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych	Urządzenie do aktywnej, pasywnej i wspomaganiej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem. Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej. Pasy stabilizujące i wsparcie podudzi ustawiają kończyny dolne do właściwej pozycji. Regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów kończyn górnych. Kontrola prędkości i oporu dostosowania do użytkownika. Kolorowy ekran dotykowy min. 10”. Zakres prędkości 10-90 RPM. Zakres oporu 1-120 Watt. Programowalny czas 1-120 minut. Uchwyty antyalergiczne. 2 poziomy regulacji pedałów. Kółka transportowe. Waga urządzenia max. 50 kg (+/- 3 kg).	zestaw	1
15.	Zestaw do terapii manualnej	Mini masażer typu MG 16 zielony lub równoważny. Przyrząd do masażu tkanek głębokich typu Thera Press lub równoważny. Przyrząd do masażu odciążający kciuk. Bańki Chińskie. Masaż drewniany do stóp. Dysk sensomotoryczny. Fotel masujący min. 3 programy automatyczne. Wymagania minimalne: 5 technik masażu pleców: ugniatanie, ostukiwanie, ugniatanie z ostukiwaniem, wałkowanie i masaż szwedzki; masaż powietrzny na uda, pośladki, łydki i stopy; regulacja intensywności masażu; regulacja szerokości masażu; regulacja prędkości masażu; ustawianie masażu punktowego i partii; elektrycznie rozkładane oparcie i podnózek; automatyczne składanie fotela; wyświetlacz czasu masażu.	zestaw	1

16.	Wózek kąpielowy	<p>Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo. Hydrauliczny układ zmiennej wysokości od 52 do 88 cm. Nieco pochylona płyta podstawy ułatwiająca spuszczenie wody. Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach. Uchwyt do pchania u wezłowania i od strony nóg. Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezłowania wózka. Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane . Spust wody zamykany krokiem. Rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy. Rura spustowa 185 cm, fi 4 cm. Wymiary: 74 x 198 cm, płat podstawy: 1,78m x 60 cm. Poręcze boczne: 1,40m x 20m. Waga max. 85 kg. Dla pacjentów o wadze max. 155 kg</p>	szt.	2
-----	-----------------	---	------	---

Dopuszcza się możliwość składania wyceny na poszczególne części, bez ograniczenia w zakresie ilości części objętych wyceną.

W przypadku złożenia wyceny obejmującej więcej niż jedną część należy wyodrębnić wycenę dla każdej z części objętych wyceną.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: **do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 10.00.** Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl, w dowolnej formie, tj. w treści e-maila lub w załączniku do e-maila.

Na oryginale właściwy podpis.

Edyta Rudecka
Naczelnik Wydziału